



No: MTT2022I07601



MINGBO TESTING TECHNOLOGY

检测报告

TEST REPORT

项目名称: 山东大成生物化工有限公司地下水检测

生产单位: /

委托单位: 山东中熙环境检测服务有限公司

检测类别: 委托

山东铭博检测技术有限公司

Shandong Mingbo Testing Technology Co. LTD

注意事项

1. 报告无“检测专用章”及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。部分复制报告无效。
3. 报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中“ND”表示检测结果低于方法检出限。
5. 检测委托方如对检测报告有异议，请在收到本检测报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 送样检测，检测结果仅对来样负责。
7. 未经同意，不得复制本报告。
8. 未经同意，不得用于广告宣传。
9. 其它需说明的问题：
 - 1) 需要时提出的意见和解释；
 - 2) 客户要求的附加信息。

ATTENTION

1. The report is invalid without the special seal for test or across-page seal.
2. The copy of the report is invalid without being re-stamped. Partial copy report is invalid.
3. The contents of the report need to be completed. The report is invalid without the signatures of persons who prepare, audit and approval.
4. “ND” in this report indicates that the detection result is below the detection limit of the method.
5. If there is any objection concerning the report, please submit to the testing unit within 15 days from the date of receipt of this report. Late objection will not be accepted.
6. For sample delivery test, the test result is only responsible for incoming samples.
7. This report shall not be duplicated without consent.
8. The report shall not be used for advertising without consent.
9. Other issues to be explained:
 - 1) Comments and explanations when necessary.
 - 2) Additional information requested by customers.

地 址：山东省东营市东营区运河路 336 号光谷未来城 32 幢 101 室

邮政编码：257100

电 话：0546—8338577

传 真：0546—8338577

E-mail: sdmbjsb@163.com

山东铭博检测技术有限公司

检测 报 告

一、基本信息

项目名称	山东大成生物化工有限公司地下水检测	任务编号	MTT2022I076
委托单位	山东中熙环境检测服务有限公司	联系方式	魏通 18265338850
样品来源	送样	送样时间	2022.9.23
样品状态	地下水：液态 详见备注	检测时间	2022.9.24
项目地址	/		
检测项目	地下水：敌敌畏、乐果、百菌清，共 3 项。		
备 注	1、样品数量：6×500mL 棕色玻璃瓶（敌敌畏、乐果、百菌清）。 2、仅对来样负责。		

二、检测依据及主要仪器

序号	检测项目	检测方法	方法依据	主要仪器设备名称、型号/编号
地下水				
1-2	敌敌畏、乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管柱气相色谱法）	GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪（FID+FPD）8860/MTT-YQ-A006
3	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 气相色谱法）	GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪（FID+ECD）8860/MTT-YQ-A005

三、检测结果

样品类别：地下水		送样名称	园区管委会	本企业监测井	新塑化工监测井	
		送样编号	SY220921001	SY220921002	SY220921003	
		送样日期	2022.9.23			
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
1	敌敌畏	µg/L	0.05	ND	ND	ND
2	乐果	µg/L	0.1	ND	ND	ND
3	百菌清	µg/L	0.4	ND	ND	ND

检测分析人员：聂仁凯

编制人：

审核人：

授权签字人：

日期：

日期：

日期：

山东铭博检测技术有限公司
(检测专用章)

报告结束